

Avenue du professeur Joseph de Léobardy
BP 50165
87005 LIMOGES

tél : 05.55.34.40.12
fax : 05.55.33.78.15

mail : contact.labo@haute-vienne.fr



ACCREDITATION N°1-0997
PORTEE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

Lieu de prélèvement :
Restaurant scolaire Le CHATENET en DOGNON

COMMUNE LE CHATENET EN DOGNON
LE BOURG
87400 LE CHATENET EN DOGNON

RAPPORT D'ANALYSES HA23100104-v1

Identification du prélèvement n°1 CARNE GUISADA

Date et heure de prélèvement :	10/10/2023 10:00	#Date fabrication :	10/10/2023	Date de réception :	10/10/2023
Semaine de prélèvement :		#DLC / DLUO :		Préleveur :	CHOULY Nathalie
Température au prélèvement :	Produit : 96.2°C	#Fournisseur ou Code emballer :		Conditionnement :	Sachet stérile
		#n° lot :		Description :	
		Motif :	Autocontrôle	Service :	
		Analyse à J+ :			

Date de début d'analyse : 10/10/2023

Edité le : 18 octobre 2023

Code produit : Produits Traiteurs chauds

Paquet Hygiène - Règlement 2073/2005 modifié par le règlement 1441/2007

PARAMETRES	METHODE ANALYTIQUE	RESULTATS	CRITERE SECURITE	CRITERE HYGIENE	CRITERE D'AUTOCONTROLE (1)
Dénombrement de Bacillus cereus présomptif	NF EN ISO 7932	< 100 ufc/g			100
Dénombrement d' Escherichia coli	Tempo EC BIO 12/13-02/05*	< 10 ufc/g			10
Dénombrement de Staphylocoques à coagulase positive	NF EN ISO 6888-1*	< 100 ufc/g			100
Dénombrement d'anaérobies sulfite-réducteurs en tubes	NF V08-061*	< 10 ufc/g			30
Dénombrement de Listeria monocytogenes	NF EN ISO 11290-2*	< 100 ufc/g	100		
Recherche de Salmonella spp dans 25g	IRIS BKR 23/07-10/11*	Non détecté			Non Détecté

Les prélèvements ont été réalisés par le laboratoire selon la méthode MO01PG01_RPA, IN01MO01PG01_RPA *

1) : Critères d'autocontrôle (ANSES et/ou FCD)

Ne : Nombre estimé

Pour tout renseignement concernant ce dossier, appeler l'après-midi le : **05 55 34 87 65**

L'accréditation du COFRAC atteste la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par le symbole *

Conclusion

Satisfaisant

VAUZELLE Janick - Signataire Technique
Validé le 18/10/2023

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-VIENNE**Laboratoire Départemental de la Haute-Vienne**

Avenue du professeur Joseph de Léobardy
BP 50165
87005 LIMOGES

tél : 05.55.34.40.12
fax : 05.55.33.78.15

mail : contact.labo@haute-vienne.fr



COMMUNE LE CHATENET EN DOGNON
LE BOURG
87400 LE CHATENET EN DOGNON

Lieu de prélèvement :
Restaurant scolaire Le CHATENET en DOGNON

RAPPORT D'ANALYSES HA23100105-v1

Prélèvement sur surface

**Date et heure de
prélèvement :** 10/10/2023 10:00

Conditionnement : Gélose contact
Motif : Contrôle de désinfection

Date de réception : 10/10/2023
Préleveur : CHOULY Nathalie
Edité le : 18 octobre 2023

Echantillon Assiette de service

Date début analyse : 10/10/2023

**#Date de
désinfection :** 09/10/2023

**#Méthode de
désinfection :** Lave vaisselle

Résultat

Recherche	Méthode	Résultat	Interprétation
Flore aérobie mésophile	NF ISO 18593 - MO01PG01_RPA	8 UFC pour 16cm²	0 - 20 / Correct

Pour tout renseignement concernant ce dossier, appeler l'après-midi le **05.55.34.87.65**

Conclusion

VAUZELLE Janick - Signataire Technique
Validé le 18/10/2023